

		Punteggio massimo		Nobili	Giunti	Stara	Media	Punteggio
3	Presenza di algoritmo di sottrazione di principali artefatti da RM (ad es. artefatto da gradiente e cardioballistografico)	20	L'offerente dovrà descrivere nel dettaglio le modalità e le caratteristiche dell'algoritmo di sottrazione degli artefatti (ad es real time vs differita)	0,9	0,9	0,9	0,9	18
6	Possibilità di cuffie precablate dedicate all'età evolutiva	10	L'offerente dovrà descrivere nel dettaglio le caratteristiche delle cuffie dedicate all'età evolutiva	1	1	1	1	10
1	L'apparecchiatura EEG deve essere compatibile con RM	10						10
2	L'apparecchiatura EEG deve avere la possibilità di impostare una frequenza di campionamento di almeno 512 Hz	14						14
4	Conversione Analogico Digitale	8						8
5	Possibilità di esportare i tracciati in formato EDF	8						8

Genova 16/09/2021

Flavio Ghilini  
 S. Ce. Stone  
 Debora Ghilini