

		Punteggio massimo		Nobili	Giunti	Stara	Media	Punteggio	
3	Possibilità di sincronizzazione wireless tra videocamera e testina, con possibilità di acquisizione e visualizzazione on-line wireless	20	Il dispositivo deve poter permettere di acquisire e visualizzare il tracciato video-polisonnografico on-line, in modalità wireless. Sarà valutata la flessibilità del sistema e l'accuratezza della sincronizzazione tra le tracce EEG/poligrafiche ed il video	1	1	1	1	20	Criterio pienamente soddisfatto
7	Software lettura polisonnografie con scoring automatico per età pediatrica e per adulti	8	L'offerente dovrà descrivere nel dettaglio le caratteristiche dell'algoritmo per l'analisi automatica delle polisonnografie, in particolare rispetto alle differenze tra età pediatrica ed adulta	0,5	0,5	0,5	0,5	4	
1	Possibilità di utilizzare il dispositivo al domicilio	8						8	Il software è presente, ma non è stata dettagliata la differenza tra età adulta e pediatrica.
2	Videocamera con almeno 120 fps in risoluzione almeno HD (1280 x 720)	12						12	
4	Disponibilità di kit batteria esterna	8						8	
5	Possibilità di esportare i tracciati in formato EDF	6						6	
6	Conversione Analogico Digitale	8						8	
								66	

Nuova 14/09/2021
 Flavio Filili
 Siera Stone
 Debra Gunt