



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## AREA NEGOZIALE

### Settore Acquisto Servizi

#### AVVISO ESPLORATIVO

**SCADENZA: 10 novembre 2021, ore 18.00**

**PREMESSA:** Con il presente avviso si dà avvio a una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.

**OGGETTO DELLA FORNITURA:** n. 21 riuniti odontoiatrici e, a supporto del loro funzionamento, n. 1 compressore, n. 3 aspiratori chirurgici, n. 6 mobili da studio odontoiatrico e n. 12 seggiolini per riuniti odontoiatrici.

La fornitura deve altresì includere i seguenti servizi:

- **Trasporto, installazione e collaudo delle attrezzature/strumentazione oggetto della fornitura**
- **Rimozione e smaltimento, secondo norme di legge, delle seguenti attrezzature esistenti:** (21 riuniti odontoiatrici, 1 compressore e serbatoio ed essiccatore annessi e 6 seggiolini per riuniti odontoiatrici)

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati **nell'Allegato 1 al presente avviso:**

**LUOGO DELLA FORNITURA:** Dipartimento Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC), L.go R. Benzi, 10 - Padiglione 4 - 16132 Genova

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare attrezzature che soddisfino i requisiti tecnici indicati nell'allegato 1 dovranno far pervenire **entro le ore 18.00 del 10 novembre 2021**, all'indirizzo PEC: [areanegoziale@pec.unige.it](mailto:areanegoziale@pec.unige.it), istanza sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all'art. 45 del Codice (Modulo A allegato al presente avviso). Nel caso in cui l'istanza venga sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, andrà trasmessa la relativa procura.

La PEC deve riportare il seguente oggetto: **Avviso esplorativo – riuniti odontoiatrici.**

Si evidenzia che all'istanza NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

#### IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a **€ 200.000,00** oltre IVA.

## **REQUISITI**

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che, alla data della successiva richiesta della documentazione, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

### **1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

È richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

### **2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

È richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 83 comma 3 del Codice e in particolare il'iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83 c.3, D.Lgs. 50/2016.

### **3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

Fatturato globale medio riferito agli ultimi tre esercizi non inferiore a 100.000 euro.

La richiesta del requisito di fatturato sopra indicato è motivata, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., dall'esigenza della stazione appaltante di garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d'affari complessivo, tale da poter assicurare una solidità economica e finanziaria strutturale generale e una più specifica esperienza ed affidabilità nell'eseguire prestazioni nel settore proprio della gara.

Si precisa che il triennio di riferimento del fatturato è quello dimostrabile con bilanci regolarmente approvati e depositati presso la CCIAA.

### **4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE**

Aver eseguito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, per committenti pubblici o privati, di importo complessivamente non inferiore al valore dell'appalto.

I requisiti sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore che sia affidabile non solo in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto, ma sia anche dotato di una consolidata esperienza nel settore oggetto della gara.

Prima della eventuale stipula del contratto verrà richiesto all'operatore affidatario la dimostrazione dei predetti requisiti di esecuzione. Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso, in capo agli esecutori, dei requisiti sopra prescritti.

## **ESAME E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE**

Al termine della presente fase di indagine di mercato, la Stazione Appaltante inviterà tutti i soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, a partecipare a una Richiesta d'Offerta (RdO) aperta dall'Ente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nel bando "Forniture specifiche per la sanità".

Si precisa tuttavia che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere attività istruttorie di accertamento, anche mediante richieste di chiarimenti e integrazioni, su quanto dichiarato dagli

operatori nell'istanza di partecipazione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sui contenuti della dichiarazione.

Nei casi in cui dovesse emergere l'inidoneità rispetto ai requisiti richiesti o al fabbisogno della Stazione Appaltante, gli operatori non idonei non saranno ammessi alla successiva fase di negoziazione.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con l'invio dell'istanza l'operatore economico dichiara, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione appaltante, come disposto dalla normativa anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di partecipare all'indagine esplorativa da parte dell'operatore economico;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, legislative e regolamentari;
- in relazione al trattamento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Università degli Studi di Genova, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova nella persona del Rettore *pro tempore*, Prof. Federico Delfino; il referente del trattamento è il Dirigente dell'Area Negoziale, Dott.ssa Roberta Cicerone;
- Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è il Prof. Matteo Timo.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica PEC: [areanegoziale@pec.unige.it](mailto:areanegoziale@pec.unige.it)

## **ULTERIORI PRECISAZIONI**

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Università che sarà libera di avviare altre procedure. L'Università si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa al presente avviso e relativi alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del d.Lgs. 82/2005, o tramite la piattaforma telematica MEPA di negoziazione prescelta, ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente <http://www.unige.it/bandi/>

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica PEC: [areanegoziale@pec.unige.it](mailto:areanegoziale@pec.unige.it)

Il Dirigente

Firmato digitalmente: Dott.ssa Roberta Cicerone

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

**> n. 21 Poltrona Odontoiatrica (n.1 per ogni riunito odontoiatrico)**

- Poltrona composta da schienale stretto, seduta gambale
- Escursione verticale minima non inferiore a 35 cm
- Programmazioni con memorizzazione non inferiori a 2 posizioni di lavoro + 2 automatiche (risciacquo/ritorno, azzeramento)
- Appoggiatesta con sistema blocco/sblocco manuale, regolabile in altezza
- Imbottiture in SKAI
- Bracciolo sinistro

**> n. 21 Pedaliera (n.1 per ogni riunito odontoiatrico)**

La pedaliera multifunzione dotata di comando a piede con escursione laterale e Joy-Stick deve consentire:

- Attivazione e regolazione progressiva della velocità e degli strumenti, tramite leva ad escursione laterale
- Possibilità di gestione spray strumenti
- Possibilità di attivare funziona chip air e water
- Attivazione programmi risciacquo (e ritorno automatico) e azzeramento
- Joy-Stick per attivazione dei movimenti poltrona

**> n. 21 Lampada Scialitica Operativa (n.1 per ogni riunito odontoiatrico)**

- Sorgente luminosa LED
- Intensità luminosa  $\geq$  a 35.000 Lux, regolabile con potenziometro.
- Temperatura colore  $\geq$  4.000K
- Possibilità di rotazione su più assi
- Interruttore di accensione più dispositivo no touch di accensione e regolazione dell'intensità luminosa

**> n. 21 Dispositivi igienici (n.1 per ogni riunito odontoiatrico)**

- sistema per eseguire la decontaminazione dei condotti idrici degli spray, in modalità continua, mediante utilizzo di prodotto disinfettante;
- sistema di disinfezione dei circuiti idrici e degli spray degli strumenti per eseguire cicli di decontaminazione intensiva dei condotti idrici degli spray, in modalità automatica, mediante utilizzo di prodotto disinfettante (preferibilmente perossido di idrogeno);
- sistema per eseguire un risciacquo rapido dei condotti spray;
- sistema antireflusso per prevenire l'aspirazione di materiali dagli strumenti alle linee idriche degli spray;
- Sistema di disgiunzione dell'ingresso dell'acqua a norma UNI EN 1717

> n. 12 **Seggiolini per riunito odontoiatrico**

**Ciascun seggiolino dovrà essere caratterizzato da elevata ergonomia e:**

- Provvisto di schienale
- Imbottito e rivestito con seduta labile e disinfettabile
- Provvisto di 5 ruote girevoli autofrenanti e complete di protezione
- Rivestimenti coordinati al rivestimento della poltrona odontoiatrica
- Base dei seggiolini resistente ad urti e abrasioni
- Possibilità di regolare lo sgabello in altezza
- Base girevole

> n. 21 **Tavoletta Operatore (Faretra) (n.1 per ogni riunito dentistico)**

- Doppio braccio con freno meccanico di bloccaggio verticale. Escursione verticale uguale o superiore a 44 cm.
- Predisposizione per almeno 4 strumenti
- Tavoletta porta trays estraibile idonea ad alloggiare 2 vassoi standard autoclavabili.
- Sistema di bloccaggio della leva di richiamo degli strumenti (escluso siringa aria/acqua)
- Dispositivo antiretrazione dei liquidi spray strumenti (antiretrocontaminazione)
- Regolazione spray indipendente per ogni strumento.
- Modulo SIRINGA inox a 3 funzioni, manico e terminale diritto estraibili e autoclavabili
- Modulo TURBINA MIDWEST a 4 vie elettrificato per Fibra Ottica
- Modulo MICROMOTORE ad induzione spray integrato, giri 100 - 40.000 rpm, coppia almeno 3,3 Ncm, luce LED

**Comandi tavoletta operatore**

- Programmazioni posizione di lavoro non inferiori a 2 + 2 automatiche (risciacquo/ritorno, azzeramento)
- Impostazione di programmi personalizzati di poltrona e strumenti per almeno 2 operatori
- Regolazione dei valori di velocità / potenza erogata dagli strumenti
- Comando ON/OFF fibra ottica agli strumenti
- Inversione senso di marcia del micromotore
- Attivazione sistema di lavaggio e disinfezione delle condotte
- Comando ON/OFF della lampada operatoria
- Comando acqua temporizzata al bicchiere e alla bacinella.

> n. 19 **Tavoletta Assistente**

- Tavoletta con:
  - 2 alloggiamenti per le cannule
  - 1 alloggiamento con predisposizione per sistema di aspirazione a luce con boccaglio in silicone
- Tavoletta con braccio articolato

**Comandi tavoletta assistente:**

- ON/OFF della lampada operatoria
- Acqua temporizzata al bicchiere - acqua temporizzata lavaggio bacinella

- Attivazione movimenti della poltrona
- Attivazione dei programmi di risciacquo, azzeramento
- Attivazione del ciclo di disinfezione

> **n. 2 Tavoletta Assistente (dotazione per n. 2 riuniti odontoiatrici)**

Tavoletta assistente con 3 alloggiamenti:

- 2 per le cannule
- 1 per sistema di aspirazione a luce con boccaglio in silicone
- Tavoletta con braccio articolato

**Comandi tavoletta assistente:**

- ON/OFF della lampada operatoria
- Acqua temporizzata al bicchiere - acqua temporizzata lavaggio bacinella
- attivazione movimenti della poltrona
- Attivazione dei programmi di risciacquo, azzeramento
- Attivazione del ciclo di disinfezione

> **n. 19 Gruppi idrici con le seguenti caratteristiche/dotazioni:**

- Gruppo idrico solidale alla poltrona
- Bacinella in ceramica e ruotabile
- Gruppo fontanella e appoggia bicchiere estraibile e disinfettabile.
- Dispositivo disgiuntore ingresso acqua a norma UNI EN 1717
- Sistema di lavaggio e disinfezione condotte idriche
- Valvola per aspirazione centralizzata

> **n. 2 Gruppi idrici con le seguenti caratteristiche/dotazioni:**

- Gruppo idrico solidale alla poltrona
- Bacinella in ceramica ruotabile
- Gruppo fontanella e appoggia bicchiere estraibile e disinfettabile.
- Dispositivo disgiuntore ingresso acqua a norma UNI EN 1717
- Sistema di lavaggio e disinfezione condotte idriche
- Valvola per aspirazione centralizzata
- Valvola per scarico bacinella idonea per aspirazione anello liquido

> **n. 1 Compressore Dentale a Secco dimensionato per il corretto funzionamento di n.13/15 postazioni operative**

- Dotato di essiccatori d'aria e filtri per garantire aria secca di elevata qualità e purezza;
- Serbatoio d'aria di almeno 250lt;
- Aria resa con  $\geq 5$ bar;
- Pressione sonora massima 80 db.

> **n. 2 Aspiratori Chirurgici dimensionati per servire 4 riuniti odontoiatrici in funzione contemporanea**

- Pompa di aspirazione scarenata ad anello umido dotata di doppia ventola;
- Separatore per l'amalgama a norma ISO11143;
- Potenza assorbita  $\leq 2$  kW –  $\leq 9$  A;
- Prevalenza massima di esercizio  $\geq 280$  mbar;
- Portata massima  $\geq 1600$  l/min.;
- Livello pressione sonora non superiore a 80 db

> **n. 1 Aspiratore Chirurgico dimensionato per servire 4 riuniti odontoiatrici in funzione contemporanea**

- Pompa di aspirazione scarenata ad anello umido dotata di doppia ventola;
- Potenza assorbita  $\leq 2$  kW –  $\leq 9$  A;
- Prevalenza massima di esercizio  $\geq 280$  mbar;
- Portata massima  $\geq 1600$  l/min.;
- Livello pressione sonora non superiore a 80 db

> **n. 6 Arredi odontoiatrici in lamiera elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche composti da:**

- Mobile lavello con vasca inox a filo piano ad una anta;
- Rubinetto miscelatore elettrificato con comando a piede;
- Mobile con 4 cassette;
- Mobile ad una anta con ripiani interni;
- Piano sopramobili in laminato  $\geq 150$ cm x 51cm in relazione alle dimensioni delle basi;

> **Assistenza tecnica:**

- Full risk  $\geq 12$  mesi
- Manutenzione preventiva come prevista dal manuale costruttore (almeno 1 visita/anno)
- Manutenzione correttiva con interventi illimitati, ricambi per difetto produttivo inclusi  
Saranno esclusi i ricambi usurabili, monouso e i ricambi sostituiti a causa di incuria o uso errato.

La manutenzione e assistenza tecnica full-risk dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico: 48 ore solari dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario
- Tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico: 48 ore solari dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario



**Modulo A**

**AVVISO ESPLORATIVO**

All'Università degli Studi di Genova  
[areanegoziale@pec.unige.it](mailto:areanegoziale@pec.unige.it)

**OGGETTO: Avviso esplorativo – riuniti odontoiatrici.**

Il sottoscritto .....  
nato il ..... a.....

in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore  
dell'impresa .....  
con sede in .....

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

--	--

codice fiscale

partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

telefono .....

**dichiara di essere in grado di fornire un servizio che soddisfi i requisiti tecnici indicati nell'avviso e pertanto **CHIEDE** di partecipare all'eventuale procedura di cui in premessa.**

Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi dell'art. 13 del GDPR:

- 1) le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- 2) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;
- 3) i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
- 4) in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;
- 5) Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Genova, Prof. Federico Delfino, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova; il Referente del trattamento è la Dott.ssa Roberta Cicerone, Dirigente dell'Area Negoziale.
- 6) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è il Prof. Matteo Timo.

DATA

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**N.B.** La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore. In tale ultimo caso dovrà essere prodotto l'originale della procura firmato digitalmente o la copia informatica conforme all'originale analogico della stessa, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale.